

1) Proprietario

.....

.....

.....

.....

.....

2) Proprietario

.....

.....

.....

.....

.....

3) Proprietario

.....

.....

.....

.....

.....

Verifica: **Primitiva / Periodica (*)**
Laboratorio: **26 MAR. 2021**
Data: **26 APR. 2021**
ACS Safir Evolution sesah1s346003702 (980)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi
Via di Scutabagni n° 333 - Tel. 06 87288-29/298/287/278
00138 ROMA

Gas di alcool etilico (mg/L)	Valore effettivo					
	banco	Esito della verifiche.				
	[mg/L]	1,5 l in 5 s	3 l in 5 s	4,5 l in 5 s	3 l in 15 s 6 s palier	3 l in 5 s 1,5 s palier
0,000	0,000		B			
0,000	0,000					
0,200	0,200		B			
0,200	0,460					
0,350	0,350		B			
0,350	0,805					
0,400	0,400					
0,400	0,920					
0,700	0,700		B			
0,700	1,610					
0,950						
1,500	1,500		B			
1,500	3,450					
2,500						
PERIODICA 26.04.2021 BANCO 038						

Riempire le caselle interessate
con B per i risultati esatti
con E per i risultati che superano l'errore massimo
tollerato

RISULTATO DEL CONTROLLO: ACCETTATO / RESPINTO (*)

(*) Cancellare l'indicazione inutile

Firma del responsabile del laboratorio:

FUNZIONARIO INGEGNERE
Dott. Ing. Giuliano DI LORO